

PROGRAMA LOCAL DE DESFIBRILHAÇÃO AUTOMÁTICA EXTERNA

AUDITORIA, MANUTENÇÃO E CONTROLO

ENTIDADE PROMOTORA	Município de Castro Daire
POSTO DAE Nº 8	Piscinas Municipais
Nº DE CERTIFICADO	970
EQUIPAMENTO	Lifepak CR Plus

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE	Jorge Estêvão
RESPONSÁVEL PELO POSTO	Armando Costa

Tipologia	FIXO	X	MÓVEL	
-----------	------	---	-------	--

DATA	OPERAÇÃO AUD MAN CON	FUNCIONA MENTO	ELÉTRODOS	BATERIA	PACK/SACO	ARMÁRIO	SINALÉTICA	ODAE VÁLIDOS	ASSINATURA DO VERIFICADOR
01/07/24	MAN	✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓	Paulo Henriques
OBSERVAÇÕES: Troca de equipamento para manutenção de eléctodos e bateria do equipamento do posto.									

DATA	OPERAÇÃO AUD MAN CON	FUNCIONA MENTO	ELÉTRODOS	BATERIA	PACK/SACO	ARMÁRIO	SINALÉTICA	ODAE VÁLIDOS	ASSINATURA DO VERIFICADOR
24/07/24	MAN	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	Paulo Henriques
OBSERVAÇÕES: Troca de equipamento pelo que se encontra alocado ao Programa DAE local depois de substituídos eléctodos e bateria do mesmo.									

DATA	OPERAÇÃO AUD MAN CON	FUNCIONA MENTO	ELÉTRODOS	BATERIA	PACK/SACO	ARMÁRIO	SINALÉTICA	ODAE VÁLIDOS	ASSINATURA DO VERIFICADOR
21/10/24	MAN	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Paulo Henriques
OBSERVAÇÕES: Alteração do local do equipamento para novo local com armário fixo na parede.									

Legendas: **AUD-** Auditoria **MAN-** Manutenção **CON-** Controlo